

DYGESTORIUM (WYCIĄG CHEMICZNY) – wersja BASIC

Typ D 1200B (1500B, 1800B) zgodny z PN-EN 14175

Opis techniczny:

- wymiary zewnętrzne: 1200x900x2350 mm, (1500x900x2350, 1800x900x2350 mm)
- wymiary komory roboczej 1140x750x1200, (1440x750x1200, 1740x750x1200mm)
- podstawa - stelaż stalowy z profilu min 80x40x3 mm lakierowany proszkowo farbą epoksydową
- konstrukcja nośna komory – płyta dwustronnie laminowana 25 mm
- zewnętrzne ściany komory z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo
- wewnątrz komory wyklejone ceramiką wielkoformatową Buchtal
- wentylacja szczelinowa przez podwójną ścianę tylną
- szczelina: ceramika wielkoformatowa Buchtal
- kłapa bezpieczeństwa zabezpieczająca przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w komorze
- blat roboczy:
 - lita ceramika techniczna ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z 4 stron (spiek ceramiczny)
 - otwór pod zlewik z prawej strony przy ścianie tylnej – otwór glazurowany
 - zlewik ceramiczny z ceramiki litej 250x100 mm podklejany
- w ścianie tylnej jedna wylewka zimnej wody w powłoce chemoodpornej
- zawór wody w panelu pod blatem, poza komorą roboczą (oznaczenia kolorystyczne zgodne z EN 13795)
- szyba przednia bezpieczna hartowana 4 mm podnoszona na łożyskowanych rolkach z przeciwwagą,
- system zabezpieczający przed spadkiem okna w przypadku zerwania się cięgna
- boczne osłony pionowe okna wyprofilowane aerodynamicznie ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
- sygnalizacja podniesienia okna powyżej 50 cm (na panelu kontrolnym)
- w standardzie dla 1200 i 1500: 2 gniazda 230V /16A IP 44 w panelu pod blatem
dla 1800: 4 gniazda 230V /16A IP 44 w panelu pod blatem
- oświetlenie komory w obudowie IP55 przez szklany sufit poza komorą roboczą ,włącznik oświetlenia w panelu kontrolnym
- komin wentylacyjny ze stali kwasoodpornej 316L (1.4404)
- średnica komina 195 mm (195, 245 mm)
- system kontroli wentylacji (zgodnie z PN 14175) posiadający:
 - wskaźnik bieżącej wartości przepływu powietrza,
 - sygnalizację akustyczną i wizualną przekroczenia stanów alarmowych,
 - sygnalizację przekroczenia temperatury 50 C w kanale wentylacyjnym
 - podtrzymanie akumulatorowe,
- szafki z płyty laminowanej: wyklejone tworzywem chemoodpornym, drzwi oznaczone napisami (kwasy, zasady) i piktogramami „substancja żrąca” , podłączone przewodem do wentylacji głównej dygestorium odpowiednio: 1200 mm z podziałem na dwie części (2x750 mm, 2x900 mm)
- instrukcja, deklaracja CE w j. polskim
- opcjonalnie: dodatkowe gniazda elektryczne, zawory wodne i gazowe, kuwety z polipropylenu